

ROOJAPROOVI KOGUMINE UURINGUTEKS

PROOVINÕU



Spetsiaalne lusikaga proovinõu, mille saate küsida oma perearstilt/ laborist või osta apteegist.

Käepäraste (koduste) proovinõude kasutamine ei ole lubatud.

ROOJAPROOVI KOGUMINE

- Koguge väljaheide puhtale ühekordsele taldrikule või spetsiaalsele roojakogumise lindile, mida kasutage vastavalt juhendile.
- **NB! Roe ei tohi kokku puutuda uriiniga, WC-poti loputusveega ning puhastuskemikaalidega.**
- Koguge 1-2 lusikatäit värsket rooja erinevatest kohtadest.
- Asetage lusikas koos roojaga proovinõusse. Sulgege proovinõu lekkekindlalt.
- Kontrollige, et proovinõu oleks markeeritud vöötkoodiga või ees- ja perekonnanime ning isikukoodiga.
- Kirjutage proovinõule proovi kogumise kuupäev.
- Säilitage roojaproovi jahedas (soovitavalt +2...+8 °C juures) ja tooge laborisse esimesel võimalusel.

Uuring	Proovimaterjali säilitustingimused:
Helicobacter pylori Ag roojas	2...8 °C kuni üks ööpäev.
Adeno- 40, 41, rota- ja noroviirus Ag roojas	
Parasiitide mikroskoopia roojast (formaliineeter)	
Mikrobioloogilised uuringud	
Peitveri roojas	toatemperatuuril kuni 5 päeva
Kalprotektiin	
Nakkustekitajate NAT uuringud	2...25 °C kuni üks ööpäev; 2...8 °C kuni viis ööpäeva

Juhendmaterjali vaadake: <https://www.kliinikum.ee/yhendlabor/wp-content/uploads/2023/07/Rooja-kogumine-v7.doc.pdf>